



Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
по Республике Башкортостан

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении нарушений обязательных требований законодательства
от «28» июня 2016 года

Территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Республике Башкортостан на основании Приказа Руководителя от 20.06.2016 П03-272л/16 проведена плановая проверка Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение Центр развития ребёнка детский сад "Ромашка" с. Михайловка муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан (МДОБУ ЦРР детский сад «Ромашка» с. Михайловка) (ИНН 0245008705; ОГРН 1020201300800)

Юридический адрес учреждения: 450511, Республика Башкортостан, Уфимский район, с. Михайловка, ул. Мира, 8

Места осуществления деятельности: 450511, Республика Башкортостан, Уфимский район, с. Михайловка, ул. Мира, 8

(для юридических лиц – наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, включая места нахождения территориально обособленных подразделений и объектов, используемых для осуществления медицинской деятельности; для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, удостоверяющего личность, места нахождения территориально обособленных подразделений и объектов, используемых для осуществления медицинской деятельности).

В ходе проверки МДОБУ ЦРР детский сад «Ромашка» с. Михайловка установлено, что:

- 1) в нарушение Приказа Минздрава РФ от 21.11.2013 №822н в части недостаточности оборудования согласно стандарту оснащения: пипетки, комплект воздуховодов для искусственного дыхания «рот в рот», грелка медицинская, носилки. На используемые в работе: лейкопластырь катушечный (С-пласт) (№234 в оборотной ведомости); шприцы 2 мл. (KDM) (№38 в оборотной ведомости); шприцы 5 мл. (SFM) (№37 в оборотной ведомости); перчатки медицинские латексные опудренные стерильные смотровые (Ansell) (№ 30 оборотной ведомости); жгут медицинский кровоостанавливающий (Альфапласт) (№ 134 оборотной ведомости); инфузионная система (Тянькин медиа медиал) (№ 34 оборотной ведомости); бинт марлевый стерильный Навтекс (№ 7 оборотной ведомости); термометр ртутный максимальный (№431 оборотной ведомости); вата стерильная (Амелия) (№ 10 оборотной ведомости); Салфетки спиртовые (Апексмед) (№ 31 оборотной ведомости); Ростомер «айболит-2000» регистрационные удостоверения не представлены.
- 2) в нарушение статьи п. 3 ст. 38 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ на используемые в работе: лейкопластырь катушечный (С-пласт) (№234 в оборотной ведомости); шприцы 2 мл. (KDM) (№38 в оборотной ведомости); шприцы 5 мл. (SFM) (№37 в оборотной ведомости); перчатки медицинские латексные опудренные стерильные смотровые (Ansell) (№ 30 оборотной ведомости); жгут медицинский кровоостанавливающий (Альфапласт) (№ 134 оборотной ведомости); инфузионная система (Тянькин медиа медиал) (№ 34 оборотной ведомости); бинт марлевый стерильный Навтекс (№ 7 оборотной ведомости); термометр ртутный максимальный (№431 оборотной ведомости); вата стерильная (Амелия) (№ 10 оборотной ведомости); Салфетки спиртовые (Апексмед) (№ 31

оборотной ведомости); Ростомер «айболит-2000» регистрационные удостоверения не представлены. Договор на техническое обслуживание медицинской техники отсутствует.

- 3) в нарушение ст. 79 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ установлено, что добровольное информированное согласие на оказание медицинской помощи в части медицинских карт отсутствует.

С целью предупреждения возникновения нарушений предлагаю:

- 1) Рассмотреть настоящее Предписание;
- 2) По пункту 1 данного предписания: обеспечить доукомплектование медицинского блока согласно требованиям Приказа Минздрава РФ от 21.11.2013 №822н;
- 3) По пункту 2 данного предписания: обеспечить использование в работе медицинских изделий, зарегистрированных в установленном порядке, обеспечить техническое обслуживание медицинских изделий, используемых в работе.
- 4) По пункту 3 данного предписания: обеспечить оформление добровольных информированных согласий на оказание медицинской помощи.

(указать обязательные мероприятия для устранения нарушений)


Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на И.о. заведующего МДОБУ ЦРР детский сад «Ромашка» с. Михайловка Селезневу С.В.

Срок исполнения предписания до 01.10.2016.

Должностные лица:

Мавлютов Р.О. – главный специалист отдела
контроля за переданными полномочиями
и лицензирования

(Должность, ФИО)


(подпись)